

ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГАЗАР ТАНИЛЦУУЛГА

2025 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр

Улаанбаатар хот

Нэг: Хяналт шалгалт хийсэн үндэслэл

“Уур амьсгал, хөдөө аж ахуйн цаг уурын хэмжих хэрэгсэл, сэлбэг материал” нийлүүлэх /ЦУОШГ/20250601020/ дугаартай тендерийн гүйцэтгэгчээр шалгарсан “Гэрэгэ дижитал технологи” ХХК-ний нийлүүлсэн 3 төрлийн нийт 18 хэмжих хэрэгслүүд шаардлага хангахгүй, буцаагдсан асуудалд Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.4.5-д заасны дагуу дотоод хяналт, шалгалт хийлээ.

Хоёр: Ажлын хамрах хүрээ, бүрэлдэхүүн

Холбогдох баримт материалыг албан хаагчдаас авч Хяналт, шинжилгээ дотоод аудитын хэлтсийн дарга Х.Оюунбилэг, ахлах мэргэжилтэн Б.Баасансүрэн нар 2025 оны 07 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 2025 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрүүдийн хооронд хянан шалгав.

Гурав: Тогтоогдсон нөхцөл байдал

1. “Уур амьсгал, хөдөө аж ахуйн цаг уурын хэмжих хэрэгсэл, сэлбэг материал” нийлүүлэх /ЦУОШГ/20250601020/ дугаартай тендерийн “Цаг уурын шинжилгээний хэмжих хэрэгсэл” Багц 1 тендерт “Гэрэгэ дижитал технологи” ХХК 124,791,095 төгрөгийн үнийн дүнтэй санал ирүүлсэн нь шалгарч, ЦУОШГ-ын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч урьдчилан мэдээлэх хэлтсийн дарга Л.Оюунжаргал, “Гэрэгэ дижитал технологи” ХХК-ний захирал Б.Билгүүн нар 2024 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдөр “Уур амьсгал, хөдөө аж ахуйн цаг уурын хэмжих хэрэгсэл, сэлбэг материал” нийлүүлэх гэрээ №ЦУОШГ/20240102003 дугаартай гэрээг байгуулсан байна.
2. “Гэрэгэ дижитал технологи” ХХК-аас 2024 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 24061203 дугаар албан бичгээр Тендерийн үнэлгээний хороонд өөрөө бичигч: Гигрограф-Энэтхэг улсад үйлдвэрлэсэн чийг хэмжигч багаж, өөрөө бичигч: Термограф-Энэтхэг улсад үйлдвэрлэсэн дулаан хэмжигч багаж нийлүүлнэ гэж баталгаа гаргаж өгсөн байна.
3. “Гэрэгэ дижитал технологи” ХХК-аас ЦУОШГ-т 2024 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн 2024081910 дугаар “Гэрээ сунгуулах тухай” албан бичгээр Өөрөө бичигч: Термограф ба Гигрограф бүтээгдэхүүнийг БНЭУ-аас импортлоход гэрээнд заасан хугацаанаас 4 сарын дараа ирэхээр байх нөхцөлийг харгалзан БНХАУ-аас туршилт тохируулга хийгдэн урьдчилсан байдлаар 09 дүгээр сарын 10-ны өдөр Улаанбаатар хотод орж ирэх төлөвлөгөөт хуваарьтай тул гэрээг 09 дүгээр сарын 15-ны өдөр хүртэл сунгаж өгнө үү гэжээ.
4. Тус гэрээнд тусгагдсан БНЭУ-аас нийлүүлэх Өөрөө бичигч: Термограф ба Гигрограф бүтээгдэхүүнийг БНХАУ-ны бүтээгдэхүүнээр солих эсэх тухай аливаа шийдвэр байхгүй, тус тендерийн хорооны ажлын хэсгийн нарийн бичгийн даргаар томилогдсон, мэргэжилтэн Д.Өнөрбатаас тайлбар авахад “2024 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдөр “Гэрэгэ дижитал технологи” ХХК нь гэрээ сунгуулах тухай албан тоот ирсэн бөгөөд гэрээ сунгах тухай төсөл бэлд гэж ЦУОШГ-ын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Л.Оюунжаргалын гарын үсэгтэй бичгийг даргын туслах Д.Уянга надад өгсөн. Тухайн үед Газрын даргад нийлүүлэх газар нь албан бичиг дээр өөрчлөгдсөн байна гэхэд техникийн тодорхойлолттой зөрөхгүй бол асуудалгүй гэж Л.Оюунжаргал дарга надад хэлсэн. Мөн Санхүү, төлөвлөлт, хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга Н.Галцог гэрээний төсөл бэлдээрэй гэж хэлсэн. Д.Өнөрбат миний бие тус нэмэлт гэрээний төсөлд хугацааг нь 2024 оны 08 дугаар сарын 25-ны дотор барааг нийлүүлнэ гэснийг 2024 оны 09 дүгээр сарын 25-ны дотор гэж нэмсэн бөгөөд өөр зүйлийг гэрээнд нэмэлтээр оруулаагүй болно” гэх агуулгатай байна.

5. СТХАХ-ийн дарга Н.Галцог, УМХ-ийн дарга Л.Оюунжаргал нараас “Гэрэгэ дижитал технологи” ХХК-аас тендерт оролцохдоо БНЭУ-аас нийлүүлэх Өөрөө бичигч: Термограф ба Гигрограф бүтээгдэхүүн нийлүүлэхээр баталгаа гаргаж шалгарч, гэрээ байгуулсны дараа БНХАУ болгон өөрчилсөн шийдвэрийн тодруулга тайлбар авахад үйлдвэрлэгч улсыг өөрчилсөн аливаа шийдвэр байхгүй гэв.

6. “Уур амьсгал, хөдөө аж ахуйн цаг уурын хэмжих хэрэгсэл, сэлбэг материал” нийлүүлэх 202 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн ЦУОШГ/20240102003 дугаартай гэрээний ерөнхий нөхцөлийн нэг дүгээр зүйлийн 1.1 дэх хэсгийн 1.1.7.”Бараа нийлүүлэх нөхцөл” гэж Захиалагчийн техникийн тодорхойлолтод нийцүүлж Тендерт тусгасан бараа бэлтгэх, нийлүүлэх, дагалдах үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөлийг ойлгоно гэдэгт “Гэрэгэ дижитал технологи” ХХК-аас 2024 оны 06 дугаар сарын 12-ны өдрийн 24061303 дугаартай баталгаа орж байна. Мөн гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 1.1.9.”Доголдол” гэж нийлүүлсэн бараа, дагалдах үйлчилгээний барааны шинж байдал, чанар, тоо хэмжээ нь Нийлүүлэгчийн ирүүлсэн тендерээс зөрүүтэй байхыг хэлнэ гэж заасан байх тул Барааны үйлдвэрлэгч улс буюу гарал үүслийг сольсон нь доголдолтой бараа гэж үзэхээр байна.

7. Гэрээний нэмэлт өөрчлөлтийг 2024 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр хийж, хугацааг 2024 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр болгон Г.Уянга, ЦУОШГ-ын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч урьдчилан мэдээлэх хэлтсийн дарга Л.Оюунжаргал нар баталж, Санхүү, төлөвлөлт, хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга Н.Галцог захиалагчийг төлөөлж гарын үсэг зурж албажуулсан байна. Нэмэлт өөрчлөлтөд БНЭУ-аас нийлүүлэх Өөрөө бичигч: Термограф ба Гигрограф бүтээгдэхүүнийг БНХАУ-аар солих тухай асуудал ороогүй.

8. Байгаль орчин хэмжилзүйн төв лабораторийн 2024 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдрийн дүгнэлтээр “Шангхай Епин Инструментс ба мастер” ХХК-д үйлдвэрлэсэн өөрөө бичигчийн явцыг тэмдэглэх чернилийг Цаг уур, орчны шинжилгээний ажилд тэнцэнэ гэж дүгнэсэн, тус лабораторийн 2024 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн дүгнэлтээр термограф нт -28 °C-ийн нөхцөлд шалгахад хэвийн ажиллаж байсан, гигрограф мөн хэвийн ажиллагаатай тул ашиглаж болно, Хурын хувингаар хэмжилт хийхэд алдаа 5 хувьтай тул хэрэглээнд авахад татгалзах зүйлгүй гэсэн байна.

9. ЦУОШГ-ын даргын 2024 оны 04 дүгээр сарын 01-ны өдрийн А/54 тоот тушаалаар байгуулсан ажлын хэсгийн ахлагчаар Улсын сүлжээ, уур амьсгалын үйлчилгээний хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Н.Энхмаа, гишүүдэд Улсын сүлжээ, уур амьсгалын үйлчилгээний хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн бөгөөд Орчны шинжилгээний хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч С.Энхмаа, Захиргаа, аудитын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн С.Наранчимэг, Улсын сүлжээ, уур амьсгалын үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн Ц.Адъяасүрэн, УЦУОСМХ-ийн технологич инженер Н.Нацагсүрэн нар (цаашид ажлын хэсэг) “Уур амьсгал, хөдөө аж ахуйн цаг уурын хэмжих хэрэгсэл, сэлбэг материал” нийлүүлэх гэрээний дагуу бараа материал хүлээн авах ажлын хэсгийн 2024 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдрийн актад ажлын хэсгийн 100 хувийн саналаар хуруу батарейгаар ажилладаг Өөрөө бичигч: Термограф ба Гигрограф бүтээгдэхүүн, хурын хувин хүлээн авах боломжгүй гэжээ. Уг актыг үндэслэн ЦУОШГ-аас 2024 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн 01/923 дугаар албан бичгээр Бараа бүтээгдэхүүн хүлээн авахаас татгалзсан өдрийн 01/923 дугаар албан бичиг “Гэрэгэ дижитал технологи” ХХК-д хүргүүлсэн байна.

10. Ажлын хэсгийн ахлагч ахлах мэргэжилтэн Н.Энхмаа гаргасан тайлбарт “2024 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдөр БОХЗТЛ-ийн дээрх 3 багажийг шалгасан дүгнэлтийг ажлын хэсэгт өгсөн. Ажлын хэсэг 2024 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр багаж хэрэгслийг хүлээн авах акт үйлдэн хуралдсан. Хурлаар ажлын хэсгийн гишүүдийн саналыг сонсож хуруу батарейгаар ажилладаг Термограф, гигрограф-ыг авах боломжгүй 30 градусаас дээш хүйтрэхэд ажиллахгүй гэж үзээд энэ тухай акт үйлдэн Газрын дарга Л.Оюунжаргалд танилцуулсан. Л.Оюунжаргал дарга тайлбар бичиж өгөхийг шаардсан. Иймээс ажлын хэсгийн гишүүд хуралдаж 2024 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр тайлбар гаргаж өгсөн. Гэрэгэ дижитал

технологи ХХК-аас батарейг дахин шалгуулахаар лабораторид хандаж, БОХЗТЛ-ын 2024 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрийн дүгнэлт гаргаж ирүүлсэн тул дээрх багаж хэрэгслийг 2024 оны 11 дүгээр сарын 11-ны өдөр хүлээн авсан. Багаж хэрэгслийг хүлээн авсны дараа орон нутагт хуваарь гарган олгосон бөгөөд орон нутгаас 12 дугаар сараас эхлэн шинэ багаж хэрэгсэл ажиллахгүй талаар ERP-гээр болон тоотоор ирсэн тул багажийг буцаан татаж Захиргаа, аудитын хэлтсийн дарга Р.Бадмаадоржид хүлээлгэн өгсөн” гэв.

11. Ажлын хэсгийн 2024 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр тайлбарт “Ус цаг уурын, орчны шинжилгээний тухай хуулийн 6.1.3- Ус цаг уурын, орчны шинжилгээний хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах заалтыг баримталж ажилладаг, Термограф, гигрограф багаж нь өнөөдрийн хүртэл ашиглаж байгаа багажаас цагийн механизм өөр байна. Улсын сүлжээнд ашиглаж байгаа багажийн иж бүрдэл болох цагийн механизм нь механик бөгөөд хүрдэн дотроо байрладаг бол нийлүүлсэн Термограф нь өвлийн улиралд ажиллах боломжгүй, хөтөлбөрт ажиглалт тасарна, гадаад үзлэгээр габарит хэмжээ зөрсөн, багажийн иж бүрдэлд байгаа хүрдийг “Цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний заавар ШЗ.И.01.03.2024-ын 50 дугаар хуудсанд заасан хоногийн явцтай цагийн механизм араа 22 шүдтэй...тодорхой заасан багажийн иж бүрдлийг хангаагүй, -45 градуст ажиллахгүй, БНЭУ-аас нийлүүлэх барааг БНХАУ сольсон тухай гэрээнд огт тусгагдаагүй байна” гэжээ.

12. Байгаль орчин хэмжилзүйн төв лабораторийн Байгаль орчин хэмжилзүйн төв лабораторийн Хэмжил зүйн хэлтсийн дарга, Улсын шалгагч Ц.Довчин, ахлах мэргэжилтэн, Улсын шалгагч Б.Цэрэндорж нарын дүгнэлтээр “WJ 1-1 загварын термограф, HJ1-1 загварын гигрографийн нийлүүлэгчийн Energizer Ultimate Lithium AA загварын батарейг хийж 2024 оны 11 дүгээр сарын 06-наас 24 цаг туршиж үзэхэд үйлдвэрлэгчийн заасны дагуу буюу -40°C - +60°C-д буюу цаг агаарын халуун, хүйтэн нөхцөлд хэвийн ажиллаж байна” гэсэн дүгнэлт гарсан байна.

13. “Гэрэгэ дижитал технологи” ХХК-аас 2024 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн “Бараа хүлээлгэн өгөх тухай” 2024111101 дүгээр албан бичигт “...Байгаль орчин хэмжилзүйн төв лабораторид хамгийн хүйтэн халуунд ажиллах хязгаарыг гаргуулахаар дахин туршуулсан бөгөөд лабораторийн дүгнэлтийг хавсралтаар илгээж байна, гэрээнд заасан нөхцөлийн дагуу барааг хүлээн авч, акт үйлдэн төлбөрийг шилжүүлж өгнө үү” гэснийг үндэслэн ажлын хэсгийн 2024 оны 11 дүгээр сарын 12-ны өдрийн акт №2-оор “Ажиллах хугацаанд 2024 оны 09 дүгээр сарын 25-ны өдөр ажлын хэсэг багаж, хэмжих хэрэгслийг хэсэгчлэн авахаар шийдвэрлэсэн актыг, 2024 оны 10 сарын 22-ны өдөр хэмжих хэрэгсэл хүлээн авахаас татгалзсан тайлбарыг газрын дарга Л.Оюунжаргалд тус тус хүргүүлсэн. Дээрх хугацаанд 2 төрлийн 30ш багаж хэмжих хэрэгслийг шаардлага хангахгүй байгаа талаар Газрын дарга болоод хэлтсийн дарга нарт удаа дараа тайлбарлаж хэлснийг, “Гэрэгэ дижитал технологи” ХХК-аас баталгааны хуудас газрын даргад ирүүлсэн, Багаж хэмжилзүйн төвөөс туршилт явуулсан тайлан байхгүй зэргийг тэмдэглэж” 15 ширхэг термограф, 15 ширхэг гигрограф хэмжих хэрэгслийг хүлээн авахаар шийдвэрлэсэн байна.

14. Байгаль орчин хэмжилзүйн төв лабораторийн Хэмжил зүйн хэлтсийн дарга, Улсын шалгагч Ц.Довчин, ахлах мэргэжилтэн, Улсын шалгагч Б.Цэрэндорж нарын 2024 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр гаргасан Дүгнэлтийн талаар 2025 оны 07 дугаар сарын 30-ны өдөр ажлын байранд нь очиж тайлбар авахад ахлах мэргэжилтэн, Улсын шалгагч Б.Цэрэндорж нь “Өөрөө бичигч: Термограф ба Гигрограф бүтээгдэхүүнийг шалгахдаа -28 градуст шалгасан. Манай лабораторид -40 градуст шалгаж дүгнэлт гаргах хүчин чадал бүхий багаж байхгүй, ахуйн нөхцөлд ашигладаг хөлдөөгчид туршилт явуулдаг нөхцөлийг мэдсээр байж ЦУОШГ-аас дүгнэлт гарга гэсний дагуу дүгнэлт гаргасан. Дүгнэлттэй сайн танилцвал үйлдвэрлэгчийн заасны дагуу буюу -40°C - +60°C-д буюу агаарын халуун хүйтэнд нөхцөлд хэвийн ажиллах дүгнэлтийг Хэмжил зүйн тухай хуулийн дагуу Үйлдвэрлэгчээс гаргасан баталгааны хуудаст үндэслэн бичсэн. Одоо надад тэр үйлдвэрлэгчийн баталгааны хуудас нь байхгүй ЦУОШГ-т байж магадгүй. ЦУОШГ-аас дүгнэлт гарга гэж байна гэхэд манай

Улсын шалгагч нар бүгд тухайн үед татгалзаж байсан юм. Тухайн үед би Улсын сүлжээнд ашиглах багажийг хүлээн авахгүй бол болохгүй, дээрээс нь тендерт орсон байгууллага нь дүгнэлт гарахгүй бол бараагаа өгч болохгүй нөхцөл байгааг нь ойлгоод дүгнэлт гаргасан. Дараа нь хүмүүсийн дам яриагаар дэмий дүгнэлт гаргаж дээ гэж бодож байсан. Одоо ингээд асуудал нь миний гаргасан дүгнэлтээс болсон гэвэл хүлээн зөвшөөрөхгүй. Анхнаасаа тендер шалгаруулахдаа Монгол Улсын байгалийн онцлогт тохирсон багажаа зөв тодорхойлж, гэрээ хийсэн байгууллагын баталгааны хуудаст итгэхгүй удаа дараа буцаасан Байгаль орчин хэмжилзүйн төв лабораторийн туршилт явуулах боломжгүй нөхцөлд дүгнэлт гаргуулдаг. Ганц энэ багаж биш БНХАУ-аас авсан бүх багаж дээрээ дүгнэлт гаргуулж дараа нь ажилладаггүй асуудал зөндөө байна” гэх агуулга бүхий тайлбар өгсөн.

15. “Уур амьсгал, хөдөө аж ахуйн цаг уурын хэмжих хэрэгсэл, сэлбэг материал” нийлүүлэх гэрээ дүгнэсэн актыг 2024 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр Захиалагчийг төлөөлж ЦУОШГ-ын Санхүү төлөвлөлт, хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга Н.Галцог, даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Л.Оюунжаргал баталж, ЦУОШГ-с 2024 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдөр “Гэрэгэ дижитал технологи” ХХК-ын голомт банк дахь 2405128585 дугаар Гэрэгэ дижитал технологи” ХХК-ын данс уруу 124,791,095.00 төгрөгийг шилжүүлжээ.

16. Харьяа байгууллагуудаас ирсэн санал хүсэлтийн дагуу тус газраас “Гэрэгэ дижитал технологи” ХХК-д 2025 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр 01/30 дугаартай албан бичгээр доголдолтой 3 төрлийн 18 ширхэг 39,482,400 төгрөгийн үнийн дүн бүхий хэмжих хэрэгслийг гэрээний ерөнхий нөхцөлийн “доголдол” хэсгийн 4.5, 4.6-д заасны дагуу 2025 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн дотор гэмтлийг арилгаж, засварлан сольж өгөхийг мэдэгдсэн мэдэгдэл хүргүүлсэн байна.

Буцаагдсан хэмжих хэрэгслүүд										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№	Барааны нэр	Гарал үүслийн улс	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж	Нэгж үнэ	Нэр төрөл бүрийн бүгд үнэ (4*6)	Барааг эцсийн цэгт хүргэхэд шаардагдах дотоодын тээвэрлэлт болон бусад	Барааг нийлүүлэхэд ногдох татвар хураамж	Нэр төрөл бүрийн нийт үнэ (7+8+9)	Монгол улсын гарал үүсэлтэй бараа мөн эсэх
1	Хурын хувин	Монгол улс	9	ширхэг	529,000.00	4,761,000.00	50,000.00	737,955.00	5,548,955.00	Тийм
2	Өөрөө баригч: Гигрограф	БНХАУ	5	ширхэг	3,309,000.00	16,545,000.00	50,000.00	2,567,058.33	19,162,058.33	Үгүй
3	Өөрөө баригч: Термограф	БНХАУ	4	ширхэг	3,186,000.00	12,744,000.00	50,000.00	1,977,386.67	14,771,386.67	Үгүй
Буцаасан хэмжих хэрэгслүүдийн нийт үнэ			18						39,482,400.00	

17. “Гэрэгэ дижитал технологи” ХХК-с ЦУОШГ-т гаргасан 2025 оны 03 дугаар сарын 24-ны өдийн “Баталгаат хугацааны тухай” 2025032403 дугаартай албан бичгээр нийлүүлэгч компани 2025 оны 04 дүгээр сард багтаан хэвийн ажиллагаатай хэмжих хэрэгслүүдийг хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж байна гэсэн боловч 2025 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн байдлаар 3 төрлийн 18 ширхэг хэмжих хэрэгслийг шинэчлэн хүлээлгэж өгөөгүй байна.

Дөрөв: Дүгнэлт

1. “Гэрэгэ дижитал технологи” ХХК-тай 2024 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн “Уур амьсгал, хөдөө аж ахуйн цаг уурын хэмжих хэрэгсэл, сэлбэг материал” нийлүүлэх ЦУОШГ/20240102003 дугаартай гэрээний нэмэлтийг байгуулж, гэрээний хугацааг сунгахдаа гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 6 дугаар зүйлийн 6.15, 6.17 дахь заалтуудыг зөрчиж ЦУОШГ-ын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч урьдчилан мэдээлэх хэлтсийн дарга Л.Оюунжаргал, Санхүү, төлөвлөлт, хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга Н.Галцог нар гэрээг нэмэлт өөрчлөлт оруулж сунгасан байна.

2. “Гэрэгэ дижитал технологи” ХХК-аас гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 1.1 дэх хэсгийн 1.1.7, 1.1.9. заалтуудыг зөрчиж тендерийн баталгаанд заасан үйлдвэрлэгч БНЭУ-ыг сольж

БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн Өөрөө бичигч: Гигрограф 15 ширхэг, Өөрөө бичигч: Термограф 15 ширхэг хэмжих хэрэгсэл нийлүүлсэн байна.

3. “Уур амьсгал, хөдөө аж ахуйн цаг уурын хэмжих хэрэгсэл, сэлбэг материал” нийлүүлэх /ЦУОШГ/20250601020/ дугаартай тендерийн ажил хүлээн авах ажлын хэсгээс “Цаг уур, орчны хяналт шинжилгээний заавар ШЗ.И.01.03.2024-ын 50 дугаар хуудсанд заасан хоногийн явцтай цагийн механизм араа 22 шүдтэй...” ойлгоно, хуруу батарейгаар ажилладаг өөрөө бичигч Термограф, гигрограф нь -30 градусаас дээш хүйтрэхэд ажиллахгүй, хурын хувин шаардлага хангаагүй гэж үзэн 1 удаа актаар буцааж, 1 удаа буцаасан актдаа тайлбар гаргасан байна.

4. Ажил хүлээн авах ажлын хэсгээс Өөрөө бичигч: Термограф, Гигрограф, хурын хувинг хүлээн авах боломжгүй тухай актад ЦУОШГ-ын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч урьдчилан мэдээлэх хэлтсийн дарга Л.Оюунжаргал ажлын хэсгээс тайлбар гаргуулж, үүрэг даалгавар өгч, барааг хүлээн авахыг шаардсан нь Төрийн албаны тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.1 албан тушаалтанд хуульд нийцээгүй үүрэг, даалгавар өгөх, биелүүлэхийг шаардсан зөрчил гаргасан байна.

5. Байгаль орчин хэмжил зүйн төв лабораторийн Хэмжил зүйн хэлтсийн дарга, Улсын шалгагч Ц.Довчин, ахлах мэргэжилтэн, Улсын шалгагч Б.Цэрэндорж нарын 2024 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн дугааргүй дүгнэлт нь Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2020 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдрийн А/137 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан “Хэмжих хэрэгслийн загварыг турших, батлах журам”-ыг баримтлаагүй, -40°C - +60°C-д туршилт хийгдээгүй байхад 24 цаг туршилт хийсэн байдлаар дүгнэлт гаргасан зөрчил байна.

6. ЦУОШГ-ын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч урьдчилан мэдээлэх хэлтсийн дарга Л.Оюунжаргал, Санхүү, төлөвлөлт, хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга Н.Галцог нар 2024 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр гэрээ дүгнэсэн актыг батлахдаа 2024 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр баталсан “Гэрэгэ дижитал технологи” ХХК-тай байгуулсан гэрээний салшгүй хэсэг болох тендерийн баталгаанд тусгагдсан БНЭУ-аас нийлүүлэх хэмжих хэрэгсэлийг БНХАУ-д үйлдвэрлэсэн хэмжих хэрэгслээр солих шийдвэр гаргаагүй, гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 1.1 дэх хэсгийн 1.1.7, 1.1.9 заалтуудыг зөрчиж тендерийн баталгаанд заасан үйлдвэрлэгчийг сольсон, Байгаль орчин хэмжил зүйн төв лабораторийн 2024 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн туршилт хийгдээгүй, дугааргүй дүгнэлт, Ажлын хэсгийн “2 төрлийн 30ш багаж хэмжих хэрэгслийг шаардлага хангахгүй байгаа талаар Газрын дарга болоод хэлтсийн дарга нарт удаа дараа тайлбарлаж хэлснийг, “Гэрэгэ дижитал технологи” ХХК-аас баталгааны хуудас газрын даргад ирүүлсэн, Багаж хэмжилзүйн төвөөс туршилт явуулсан тайлан байхгүй” гэсэн тэмдэглэлтэй №2 акт зэргийг авч үзээгүй нь Төрийн албаны тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.3.хуульд нийцээгүй шийдвэрийг гаргаж, Авлигын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1.албан үүргээ зохих ёсоор гүйцэтгэж байгаа төрийн албан хаагчид дарамт, шахалт үзүүлэх, хөндлөнгөөс оролцох, нөлөөлсөн байж болзошгүй байна.

7. Харьяа байгууллагуудаас 39,482,400 төгрөгийн үнийн дүн бүхий Хурын хувин 9 ш, Гигрограф 5ш, Термограф 4 ш, нийт 3 төрлийн 18 ширхэг хэмжих хэрэгслүүдийг шаардлага хангахгүй шалтгаанаар ЦУОШГ-т ирүүлсэн тул “Гэрэгэ дижитал технологи” ХХК-д 1 жилийн баталгаат хугацаандаа буюу 2025 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр 01/30 дугаартай албан бичгээр доголдолтой 3 төрлийн 18 ширхэг хэмжих хэрэгслийг гэрээний ерөнхий нөхцөлийн “доголдол” хэсгийн 4.5, 4.6-д заасны дагуу 2025 оны 03 дугаар сарын 03-ны өдрийн дотор гэмтлийг арилгаж, засварлан сольж өгөхийг мэдэгдсэн мэдэгдэл хүргүүлсэн байна.

8. “Гэрэгэ дижитал технологи” ХХК-с ЦУОШГ-т гаргасан 2025 оны 03 дугаар сарын 24-ны өдийн “Баталгаат хугацааны тухай” 2025032403 дугаартай албан бичгээр нийлүүлэгч компани 2025 оны 04 дүгээр сард багтаан хэвийн ажиллагаатай хэмжих хэрэгслүүдийг хүлээлгэн өгөхөөр ажиллаж байна гэсэн боловч гэрээний ерөнхий нөхцөлийн 4.6.Доголдол

арилгах мэдэгдлийн дагуу 2025 оны 09 дүгээр сарын 10-ны өдрийн байдлаар 3 төрлийн 18 ширхэг хэмжих хэрэгслийн доголдолыг арилгаагүй байна.

Тав: Санал
Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтэст

“Уур амьсгал, хөдөө аж ахуйн цаг уурын хэмжих хэрэгсэл, сэлбэг материал” нийлүүлэх /ЦУОШГ/20250601020/ дугаартай тендерийн гүйцэтгэгчээр шалгарсан “Гэрэгэ дижитал технологи” ХХК-ний нийлүүлсэн 3 төрлийн нийт 18 хэмжих хэрэгслүүд шаардлага хангахгүй, буцаагдсан асуудалд хяналт шалгалт хийсэн танилцуулга, дүгнэлтийн дагуу урьдчилан мэдээлэх хэлтсийн дарга Л.Оюунжаргал, Санхүү, төлөвлөлт, хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга Н.Галцог нарт Төрийн албаны тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.1 дэх хэсэг, 48.1.2.нийт ажилтанд зарлах хэлбэрээр нээлттэй сануулах сахилгын шийтгэл ногдуулах;

Байгаль орчин, хэмжил зүйн төв лабораторид

Байгаль орчин хэмжил зүйн төв лабораторийн 2024 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдрийн дугааргүй дүгнэлт нь Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2020 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдрийн А/137 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан “Хэмжих хэрэгслийн загварыг турших, батлах журам”-ыг баримтлаагүй, 24 цагаар -40°C - +60°C-д нөхцөлд туршилд хийгдээгүй байх тул дүгнэлтийг баталгаажуулсан Байгаль орчин хэмжил зүйн төв лабораторийн Хэмжил зүйн хэлтсийн дарга, Улсын шалгагч Ц.Довчин, ахлах мэргэжилтэн, Улсын шалгагч Б.Цэрэндорж нарт Төрийн албаны тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.2-т заасан сахилгын шийтгэл ногдуулж, цаашид албан хаагчийн хууль бус үйлдэл гаргах эрсдэлээс сэргийлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж, үр дүнг 2025 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор танилцуулах.


Хавсралт 135 хуудастай.

ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ
ГАЗРЫН ДАРГА


Э.БАТТУЛГА
УХА0160

2025 оны 09 дугаар сарын 10-ний өдөр

ХЯНАСАН:
ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ ДОТООД
АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА


Х.ОЮУНБИЛЭГ

2025 оны 09 дугаар сарын 11-ний өдөр

БОЛОВСРУУЛСАН:
ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ ДОТООД
АУДИТЫН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ
МЭРГЭЖИЛТЭН


Б.БААСАНСҮРЭН

2025 оны 09 дугаар сарын 11-ний өдөр